

荣昌区人民医院 DSA 房屋改造建设项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 6 月 17 日，重庆市荣昌区人民医院主持召开了荣昌区人民医院 DSA 房屋改造建设项目竣工环境保护验收会议，验收组由建设单位重庆市荣昌区人民医院、环评及验收编制单位重庆宏伟环保工程有限公司、监测单位重庆新绿环保工程有限公司的代表和专家组成，根据荣昌区人民医院 DSA 房屋改造建设项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、环评及批复内容

项目选址于重庆市荣昌区昌元街道广场北路 3 号，拟将医院外科楼 1F 南侧部分区域现有房屋改造，建设 1 间 DSA 机房及其设备间、控制室等辅助用房，配置 1 台单管头 DSA（II 类射线装置，最大管电压、管电流分别为 125kV、1000mA），开展介入手术工作。项目总建筑面积约 140m²。项目总投资约 875 万元，其中环保投资约 23 万元。

2、本次验收内容

本次验收的内容为荣昌区人民医院 DSA 房屋改造建设项目，位于医院外科楼 1F，将 1F 南侧的原值班室、办公室、库房、杂物间、过道、药剂科等改造为 DSA 机房及配套的辅助用房，并在机房内配置 1 台 DSA（II 类射线装置，最大管电压为 125kV，最大管电流为

1000mA，单管头设备），开展介入手术工作，项目总建筑面积约140m²。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年1月重庆市荣昌区人民医院委托重庆宏伟环保工程有限公司编制了《荣昌区人民医院DSA房屋改造建设项目环境影响报告表》，2024年11月7日重庆市生态环境局以渝（辐）环准（2024）83号批复了该项目。环评完成后，建设单位对项目进行了建设，2025年6月4日重庆新绿环保工程有限公司对工作场所进行了监测。

（三）投资情况

重庆市荣昌区人民医院实际总投资约618.7万元，其中环保投资约23万元，占总投资的3.72%。

（四）验收范围

本次验收范围为荣昌区人民医院DSA房屋改造建设项目全部建设内容。

二、项目变动情况

本项目建设性质、规模、地点、采用的设备及工艺、防治污染、辐射安全与防护措施等内容建设与环评阶段一致；对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知，不存在重大变动。


三、污染防治设施建设及运行情况

本项目有关环境保护手续完备，技术资料齐全；配套的辐射防护和安全措施按批准的环境影响评价文件和相关批复的要求建成和落实，并于主体工程同时施工、建成，环境保护措施运行良好，其防治污染能力适应主体工程的需要。验收监测结果表明，在现有监测条件下，机房周围各关注点的辐射剂量水平符合国家有关标准；经估算分析，本项目涉及的工作人员及周围公众附加剂量满足环评审批的要

求。

四、验收结论

验收组认为，该建设项目满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，符合验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

验收组：  

2025 年 6 月 17 日

竣工环境保护验收签到表

[illegible]